PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Mathias Piechenick, 55 – Centro – Mafra/SC
(47) 3641-5200 – saude.mfa@gmail.com – almoxarifado.saudemafra@gmail.com

Of. nº. 021/2020/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA **Mafra, 05 de maio de 2020.**

Ilmo. V. S.
FABIANO MAURÍCIO KALIL
Departamento de Licitações
Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 2º Andar – Centro/Mafra - SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste apresentar o relatório das amostras do **Edital do Pregão Eletrônico 023/2020, Processo Licitatório 058/2020**, o qual trata de *", aquisição de insumos que será destinado para todas as unidades de Saúde do Município de Mafra, através do Fundo Municipal de Saúde".*

Ressaltamos que as amostras foram devidamente analisadas e testadas, quanto à qualidade prevista no descritivo do presente Edital, sendo:

Item	Descritivo	Empresa vencedora	Resultado
1	Fita com área reagente para verificação de glicemia capilar, com qq química enzimática e método de leitura através de fotometria ou amperometria a faixa de medição devera estar entre 20 mg/dl a 600 mg/dl aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 600 mg/dl. Obs.: a obrigatoriedade de fornecimento, pela empresa vencedora de 01 (um) monitor por paciente/ano, não implica na aquisição, pela administração de qualquer quantidade de fita reagente, não elide o compromisso da empresa de fornecer tantos monitores quanto solicitado pelas unidades contratantes, atualmente 800 pacientes cadastrados. Caixa com 50 fitas, que podem ser embaladas individualmente ou em embalagem múltipla. Assistência técnica e treinamento em todos os setores onde for fazer uso quando solicitado. É obrigatório registro do produto na ANVISA. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA	PARCOMED COM. E REP.DE PROD.FARM.LTDA 036 85.079.200/0001-34 (1º COLOCADO)	**APROVADO.**
2	Sistema de punção digital, estéril de utilização única para coleta de amostra de sangue capilar. Retração automática de agulha, evita acidentes e contaminação	ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 007	**APROVADO.**

	cruzada, contribui para o controle de infecções. Lanceta com formato ergonômico. Registro na ANVISA. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA	06.105.362/0001-23 (1º COLOCADO)	
3	Seringa descartável, estéril de plástico, atóxica capacidade de 50 ui, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indeleável de 0 à 50ui com divisões de 1 em 1 unidade, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do embolo com pistão de vedação em borracha atóxica, apirogenica agulha de dimensões: (8,0 x 0,30mm a 9,5 x 0,30mm) confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, biseltrifacetado, afiada, com canhão translucido provida de protetor que permita a perfeita adaptação ao canhão, embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro na ANVISA. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 056 25.463.374/0001-74 (1º COLOCADO)	**APROVADO**
4	Seringa descartável 01 ml para insulina, ultra fine, com agulha 12,7 x 0,33. Registro na ANVISA. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA	METROMED COM. DE MATERIAL MÉDICO 087 83.157.032/0001-22 (1º COLOCADO)	**REPROVADO, não atende o descritivo que consta no pregão com relação ao calibre da agulha**
4	Seringa descartável 01 ml para insulina, ultra fine, com agulha 12,7 x 0,33. Registro na ANVISA. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA	INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP 066 23.240.000/0001-64 (2º COLOCADO)	**APROVADO Atende o descritivo**

Assim, concluída esta etapa, pode ser dado seguimento no presente processo licitatório.

Sem mais para o momento, antecipamos nossos agradecimentos nos colocando à disposição para esclarecimentos.

Rosemari Barbosa
Setor de Compras e Suprimentos

Geraldine Carla K Virmond
Setor da CAF

Geraldine C. K. Virmond
Assistente de Saúde
SMS - Mafra - SC